



C.E.A.R.
LABORATORI RIUNITI s.r.l.

SEDE: 22046 MERONE CO - Via Nuova Valassina, 5/b - Tel. 031.640372 (3 linee r.a.) - Fax 031.645700
www.cear.it - E-mail: info@cear.it - P.IVA/C.F. e R.I. n. 01615720131 - R.E.A. Como 203428



LAB N° 0162

Membro di MLA EA per gli schemi di accreditamento
SGQ, SGA, PRD, PRS, ISP e LAB,
di MLA IAF per gli schemi di accreditamento
SGQ, SGA, SSI, FSM e PRD
e di MRA ILAC per lo schema di accreditamento LAB

Spett.le
RV CONSULENZE SNC DI GLAUCO
L.S. RICCI E MASSIMO VOLPI
VIA DON PIATTI, 11/A
23900 LECCO

Cod.Cli. 5919

LC

Rapporto di prova N. : 201514654

Campione N. : 201514654
Matrice : Acqua
Denominazione : Acqua sala sterilizzazione del 09.12.2015

Luogo del Prelievo : CENTRO ODONTOIATRICO DR. MATTEO MEZZERA - LECCO
Procedura di Prelievo (#) : * Procedura Operativa PO 05 rev. 15

Ricevuto il : 10/12/2015 11:00 Temperatura Campione al Prelievo °C: 28,0
Prelevato da : Cliente

ANALISI MICROBIOLOGICA

| Parametri | Unita' di misura | Risultato | Incertezza Estesa | | TAB.1 | |
|------------------|------------------|-----------|-------------------|-----------|-------|-----|
| | | | Lim. Inf. | Lim. Sup. | Min | Max |
| Conta Legionella | UFC/l | <10 | | | | 100 |

Metodo DOC. 04/04/2000 G.U. S.G. n. 103 05/05/2000 All 2,3

Data inizio prova: 10/12/2015 11:30 Data fine prova: 22/12/2015 11:30

TAB.1 = PROVVEDIMENTO 13.01.2005 GURI N. 28 del 04.02.2005

(#) Se non diversamente specificato, l'attività effettuata si intende di semplice prelievo.

(*) prova e/o fase di prova non accreditata da ACCREDIA
L'incertezza estesa e' calcolata con un livello di probabilita' 95% e con fattore di copertura K = 2.
N. di prove effettuate: 1

L'Analista Biologo
Dr. Luca Caslini



Il Responsabile del Laboratorio
Per.Ind. Giovanni Tentori



201514654

R.
LABORATORI RIUNITI s.r.l.

SEDE: 22046 MERONE CO - Via Nuova Valassina, 5/b - Tel. 031.640372 (3 linee r.a.) - Fax 031.645700

Spett.le
RV CONSULENZE SNC DI GLAUCO
L.S. RICCI E MASSIMO VOLPI
VIA DON PIATTI, 11/A
23900 LECCO

Cod.Cli. 5919

LC


Pareri ed interpretazioni - non oggetto dell'accreditamento ACCREDIA

Allegato al rapporto di prova N. : 201514654

Campione N. : 201514654

Il risultato ottenuto indica che la probabilità di contrarre la malattia sia estremamente bassa e non prevede nessun intervento di bonifica come indicato nel paragrafo 5 e in tabella 1 del Provvedimento 13.01.2005 GURI N. 28 del 04.02.2005.

L'Analista Biologo
Dr. Luca Caslini



Il Responsabile del Laboratorio
Per.Ind. Giovanni Tentori



Merone, 23/12/2015

Pagina 1/1

I risultati del presente rapporto si riferiscono esclusivamente al campione sottoposto alle prove eseguite. La riproduzione parziale di questo rapporto di prova e' ammessa solo dopo autorizzazione scritta del laboratorio.